



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.30.092.А № 66222/1

Срок действия до 02 июня 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики давления VMP

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВакууммашЭлектро"
(ООО "ВакууммашЭлектро"), г. Сарапул, Удмуртская Республика

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 67675-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МЦКЛ.0216.МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет; 1 год - для датчиков с пределами допускаемой основной приведенной погрешности $\pm 0,075\%$

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 апреля 2019 г. № 788

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



..... 2019 г.

Серия СИ

№ 035486